



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**  
**STERİLİZASYON BİRİMİ DENETİM FORMU**



DOKÜMAN KODU: DS.FR.04

YAYIN TARİHİ:30.09.2024

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: 00

SAYFA NO: 1

KONU	E	H	AÇIKLAMA
1 Sterilizasyon ünitesinin fiziki koşulları uygun mu?			
2 Sterilizasyon Ünitesi Kirli, temiz ve steril alan olmak üzere ayrılmış mı?			
3 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte mi?			
4 Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?			
5 MSÜ'ye görevli personel dışında kişilerin girişi önleniyor mu?			
6 Kliniklerden gelen steril edilecek aletler aletler sızdırmaz, kapalı kaplar içerisinde mi sterilizasyon ünitesine taşınıyor?			
7 Teslim alınan malzemelerin sayımı yapılıyor mu?			
8 Ameliyathaneden gelen kirli malzemeler uygun şekilde geliyor mu?			
9 Teslim sırasında sayımı yapılıyor mu?			
10 Malzemelerle yaralanmalara sebebiyet verebilecek kesici-delici aletler geliyor mu?			
11 Sterilizasyon öncesi dezenfeksiyon için cerrahi alet dezenfektanı kullanılıyor mu?			
12 Hazırlanan dezenfektan solüsyonun MEK (Minimum Etkinlik Konsantrasyonu) kontrolleri yapılıyor mu? Kaydı tutuluyor mu?			
13 Teslim sırasında sayımı yapılıyor mu?			
14 Malzemeler uygun şekilde paketleniyor mu?			
15 Paketlemede kullanılan malzeme, seçilen sterilizasyon yöntemine uygun mu?			
16 Kullanılan paketleme malzemesi işlem sırasında paket içerisindeki havanın dışarı çıkmasına, sterilizasyon ajanının yeterli konsantrasyonda paket içine penetrasyonuna ve işlem sonunda rezidü kalmayacak şekilde uzaklaşmasına izin veren geçirgen yapıda mı?			
17 Paketleme malzemesi ve paketleme şekli, paket içeriğinin kullanım sırasında aseptik koşullarda sahaya alınmasını sağlamaya uygun mu?			
18 Çift paketleme yapılıyor mu?			
19 Tekstil paketleme malzemeleri kullanılıyorsa, her kullanımdan önce yıkanıyor mu?			
20 Tekstil paketleme malzemeleri kullanılıyorsa, ütüleniyor mu?			
21 Cerrahi set konteynerlerinin her sterilizasyon çevriminden önce filtreleri kontrol ediliyor mu? (Çok kullanımlık filtreler için)			
22 Cerrahi set konteynerlerinin her sterilizasyon çevriminden önce filtreleri değiştiriliyor mu? (Tek kullanımlık filtreli konteynirler için)			
23 Paket hacimleri ve ağırlıkları kullanılan sterilizatörler için izin verilen limitlere uygun mu?			
Cihazlar için özel bir ölçü verilmemişse alet tepsileri için			



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STERİLİZASYON BİRİMİ DENETİM FORMU



DOKÜMAN KODU: DS.FR.04

YAYIN TARİHİ:30.09.2024

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: 00

SAYFA NO: 2

24	7,5 kg toplam ağırlık, tekstiller için 30x30x60 cm ebat ve 5,5 kg ağırlık sınırı uygulanıyor mu?																		
25	Paketler üzerinde sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler içeren (sterilizasyon tarihi, miadı, sterilizasyon yöntemi, takip numarası, paket içeriği) bir etiket ve sterilizasyon işleminden geçmiş olduğunu gösterecek bir proses indikatörü var mı?																		
26	Sterilizasyon sırasında uygulanan yöntem uygun olarak belirlenen sürelerle uyuluyor mu? Basınçlı buhar sterilizasyonunda uygulanacak sıcaklık, basınç ve süre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. <table border="1"><thead><tr><th>Sıcaklık(°C)</th><th>Basınç(psi)</th><th>Süre(dakika)</th></tr></thead><tbody><tr><td>121</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>126</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><td>132</td><td>27</td><td>4</td></tr><tr><td>134</td><td>30</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Sıcaklık(°C)	Basınç(psi)	Süre(dakika)	121	15	15	126	20	10	132	27	4	134	30	3			
Sıcaklık(°C)	Basınç(psi)	Süre(dakika)																	
121	15	15																	
126	20	10																	
132	27	4																	
134	30	3																	
27	Sterilizatörler ve sterilizasyon sisteminin diğer basamaklarında kullanılan her türlü cihaz ve ekipmanın bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılıyor mu?																		
28	Her sterilizasyon çevriminde kritik değişkenler sterilizatörün göstergelerinden kontrol ve kayıt ediliyor mu?																		
29	Uygulanan sterilizasyon çevriminin geçerliliğini test etmek için kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılıyor mu?																		
30	Her paketin üzerinde sınıf 1 kimyasal indikatör (işlem indikatörü) bulunuyor mu?																		
31	Her paket için paket içi sterilizasyonda sınıf 4,5,6 kimyasal indikatörlerinden biri kullanılıyor mu?																		
32	Yük kontrolü için buhar sterilizasyonunda kullanılan her cihaz için en az haftada 1 kez, implant içeren yüklerde her yükte, etilen oksit sterilizasyonunda ise her yükte ve cihazların bakım, onarım, kalibrasyonları sonrası biyolojik indikatör kullanılıyor mu?																		
33	Sterilizasyon ünitesinde tüm işlem basamaklarında ve sterilizasyonun monitörizasyonunda kayıt yapılıyor mu?																		
34	Steril malzemeler görevli personelin dışında kimsenin girmediği toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde mi korunuyor?																		
35	Depo ısı ve nem takibi yapılıyor mu?																		
36	Depoda “ilk giren malzeme ilk çıkar” ilkesine uyuluyor mu?																		
37	Steril edilen malzemelerin raf ömrü (paketleme malzemesinin tipi, paket kat sayısı, taşıma koşulları,temas, depolama şartları ,sterilizasyon yöntemi, toz örtüsü kullanma, paketleme tipi göz önünde bulundurularak) belirlendi mi?																		
38	Cerrahi set konteynırları (Filtreli) ve sterilizasyon rulosu ile paketlenen malzemeler 6 ay, tekstil ile paketlenen malzemeler 10 gün miadlı olmalıdır.																		
39	Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılıyor mu?																		



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**  
**STERİLİZASYON BİRİMİ DENETİM FORMU**



DOKÜMAN KODU: DS.FR.04

YAYIN TARİHİ:30.09.2024

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: 00

SAYFA NO: 3

40	Kişisel koruyucu ekipmanlar belirlenmiş mi?			
41	Kişisel koruyucu ekipmanlar ulaşılabilir bir yerde mi?			
42	Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitim verildi mi?			
43	MSÜ çalışanlar kesici delici alet yaralanmalarında neler yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi mi?			
45	MSÜ çalışanlarının sağlık takipleri hangi aralıklarla yapılıyor?			
46	Hazırlık kontrol ve paketlemede çalışan personel için uzun kollu bir gömlek kullanılıyor mu?			
47	Tüm ünite çalışanları saçları içine alan tek kullanımlık bir bone kullanılıyor mu?			
48	MSÜ dışına çıkılırken forma üzerine uzun laboratuvar önlüğü giyerek mi çıkıyor?			
49	Ünitenin temizliği ile ilgili talimat var mı?			
50	Temizlik personeli bu talimatı biliyor mu?			
51	Temizlik talimata uygun olarak yapılıyor mu?			
52	Sonuçlar kayıt altına alınıyor mu?			

**Denetleme yapan enfeksiyon kontrol ekibi:**