

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STERİL MALZEME AÇMA TALİMATI



DOKÜMAN KODU: DS.TL.09

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ:15.10.2024

SAYFA NO: 1 / 2

## 1.AMAÇ

Kliniklerde hastalar için kullanılacak steril malzemelerin açılması sırasındaki usul ve yöntemleri belirlemek.

## 2.KAPSAM

Sterilize tüm malzemeleri kapsar.

## 3.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi, Diş Hekimleri, Sağlık Personelleri, Hasta Güvenliği Komisyonu.

## 4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

## 5.UYGULAMA

### 5.1. Temel İlkeler

- Hastalar kliniklere veya lokal müdahale odasında ünite oturmadan önce steril malzemeler açılmamalıdır.
- Steril paket veya malzeme açılmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi sağlık personeli tarafından kontrol edilmelidir.
- Açılan steril malzemenin, steril kalma güvenliği sağlanmalıdır.
- Malzemelerin sterilitesinden şüphe duyuluyorsa, o malzeme nonsteril kabul edilmeli ve kullanılmamalıdır.
- Kâğıt paketler yırtılarak değil, tekniğe uygun olarak açılmalıdır.
- Bohça, küvet ve diğer malzemeler ilgili birimin sağlık personeli tarafından sterilizasyon biriminden alınır, üzerinde bulunan etiket bilgileri kontrol edilir ve tedavi sonuna kadar saklanır.
- Tıbbi malzeme ve bohça enstrüman masasına, sorumlu sağlık personelleri tarafından yerleştirilir.

### 5.2. Steril Malzeme Açma Talimatı

- Sağlık personelleri tarafından Aletlerin Yıkanması ve Paketlenmesi Talimatına göre paketlenmiş olan steril bohça vb. paketler, önce kendisine uzak olan üst ucu tutulur ve arkaya doğru açılır.
- Bohça, küvet ve diğer malzemelerin içinde bulunan bohça içi indikatör lokal müdahale odası sağlık personelleri tarafından kontrol edilir. Eğer malzeme içerisinde indikatör bulunmuyorsa, temizliği ve sterilitesi kontrol edilir.
- Konteyner açılırken adı, üzerindeki buhar otoklavı maruziyet indikatörü ve etiket bilgileri (konteynırı kapatan kişinin adı, son kullanım tarihi) kontrol edilir.
- Bistüri, sütur, spanç vb. malzemeler kontaminasyonu önlemek amacıyla küvetten 30-40 cm. uzaklıktan açılır.
- Bu tür malzemeler açılırken steril paket, iki elin bas parmak ve diğer parmakların desteği ile açma yerinden tutulur. Paket hiçbir yere değdirilmeden ve paket içine dokunulmadan küvetin içine veya masaya açılır.
- Steril eldiven paketi de aynı şekilde küvete ya da bohça masasına steril tekniğe uygun olarak açılır. Eldivenler yırtılarak açılmamalı, steril tekniğe uygun olarak açılmalıdır.
- Steril çıkmayan paketler tekrar steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine gönderilir.

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

STERİL MALZEME AÇMA TALİMATI



DOKÜMAN KODU: DS.TL.09

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ:15.10.2024

SAYFA NO: 2 / 2

- Bohça tekrar kirli çamaşır sepetine atılır. Aletler, küvet ve tepsi gibi malzemeler sayılarak alet yıkama ünitesine götürülür.

## 6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.TL.12 ALETLERİN YIKANMASI VE PAKETLENMESİ TALİMATI