

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ TEMİZLİK TALİMATI			
DOKÜMAN KODU: DS.TL.14	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 15.10.2024	SAYFA NO: 1/2

1.AMAÇ

Sterilizasyon biriminin temizliğini sağlamak.

2.KAPSAM

Merkezimiz sterilizasyon birimindeki kirli, temiz ve steril alan ile destek alanlarını kapsar.

3.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından sterilizasyonda biriminde çalışan temizlik personeli, denetlemesinden sterilizasyon birim sorumlusu, enfeksiyon hemşiresi ve Müdür sorumludur.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.UYGULAMA

Günlük temizlikler günde iki kez, haftalık genel temizlik bir kez yapılmakta ve temizlik kontrolleri günde iki kez olmaktadır.

5.1. Kirli Alan

- Birimin çöpleri uygun şekilde toplanarak, çöp kovalarına evsel atıklar **siyah** poşete atılacaktır.
- Biyolojik indikatörler tıbbi atık kutusuna atılır.
- Yerlerin mekanik temizliği günde iki defa 900 cc suya 100 cc oranında çamaşır suyu ilaveli suyla silinir. Paspas/Moplar her kullanım sonrası yıkanır, kurutulur ve temiz bırakılır. Kan ve vücut sıvıları bulaşmış ise uygun talimata göre temizlik yapıldıktan sonra tıbbi atık olarak tıbbi atık kutusuna atılır.
- Alet yıkama odasının lavaboları günde en az 4 defa temizlik malzemesi ile yıkanır.

5.2. Temiz Alan

- Birimin çöpleri uygun şekilde toplanarak çöp kovalarına evsel atıklar için **siyah** poşet, tehlikeli atıklar için **sarı** poşet takılır.
- Temizliğe ofis malzemelerinden başlanacaktır.
- Otoklavların iç yüzeyi suyla silinir. Dış yüzeyi ve diğer tıbbi malzemeler yüzey dezenfektanı ile silinir.
- Yerlerin mekanik temizliği günde iki defa mob ile yapıp 990 cc suya 10 cc oranında çamaşır suyu eklenerek paspas yapılacaktır.

5.3. Steril Alan

- Raflar, yüzey dezenfektanı ile silinir.
- Zemin temizliği 990 cc suya 10 cc çamaşır suyu eklenerek yapılır.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.TL.01 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON TALİMATI

DS.FR.05 STERİLİZASYON TEMİZLİK KONTROL FORMU

EN.FR.02 E.K.K MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ GÜNLÜK DENETİM FORMU